

使用 II 类射线装置项目环境保护设施竣工验收 公示

艾尼克斯电子(北京)有限公司于二〇一六年一月十八日取得了京环审〔2016〕22 号批复,内容为在公司生产车间一层新增使用一台德国 YXLON Y.Cheetah 型自屏蔽式微焦点 X 射线检测系统(管电压 160 kV;管电流 1.0 mA)对产品进行无损检测,目前项目已完成试运行,并向北京市环保局申请环保设施竣工验收。

北京市辐射安全技术中心对已完成试运行的项目进行环保验收监测,监测结果表明:项目正常运行期间,职业人员和公众所接受的最大年附加有效剂量分别为 30.8 μSv 和 43.5 μSv 均低于《北京市环境保护局关于使用 II 类射线装置项目环境影响报告表的批复》(京环审[2016]22号)中的职业人员和公众的剂量约束值 2.0 mSv/a 和 0.1 mSv/a。现特就项目环保设施竣工验收情况进行公示。

二〇一六年十二月二十九日